

Техническое задание на закупку ТМЦ (ТМЦ с услугой)

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование, адрес заказчика	ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi», Адрес: город Ташкент, Янгихаётский район, Ташкентская обьездная дорога 4P21, Ташкентский металлургический завод. Телефон: (71) 209-88-11 Факс: (71) 209-88-11 E-mail: office@tashkentsteel.uz Веб-сайт: www.tashkentsteel.uz ИНН 304574612
2	Общие сведения об объекте заказчика	Производство горячеоцинкованной продукции и горячеоцинкованной продукции с полимерным покрытием
3	Наименование закупаемого ТМЦ	Измеритель электрической проводимости (кондуктометр)
3.1	Группа закупа ТМЦ (выбрать из выпадающей строки)	Электротехническое оборудование
4	Цель и/или основание приобретения ТМЦ	В связи с выходом из строя, имеющегося измерителя
5	Место установки	Лаборатория Химического Анализа
6	Условия эксплуатации	Ежесменно при температуре 20 ± 5 °C при влажности 50 ± 10 %
7	Основные технические требования к поставляемым ТМЦ (с приложением чертежей, схем и т.д. если имеется) и требуемая комплектация. Требование к марке или бренду оборудования и/или его комплектации.	Диапазон измерений электропроводимости: от 0 мСм/см до 200 мСм/см Диапазон температуры 0-100 °C (разрешение 0.1 °C, погрешность ± 0.5 °C) Автоматический выбор диапазона измерителем Пределы погрешности по электропроводности $\pm 0,5\%$ от измеренного значения Разъем для датчиков Mini-DIN Калибровка по 2 точкам из пяти предустановленных стандартов Температурная компенсация: линейная: от 0,00 %/ °C до 10,00 %/ °C; контрольная температура: 20 и 25 °C Разрешающая способность / точность при измерении температуры: 0,1/ $\pm 0,5$ °C ЖК-дисплей для вывода измеряемой величины, температуры и данных калибровки Датчик для водных образцов средней и высокой электропроводности
7.1	Код ТНВЭД	-
7.2	Документы для разработки/изготовления	-
7.3	Сведения о новизне	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки
7.4	Особые требования к упаковке товара (если имеются)	Не имеется
7.5	Особые требования по технической документации	Техническая документация (чертежи, сертификаты качества, паспорт и др.)
7.6	Требования по ЗИП (если имеются)	Требуются запасные электроды для измерения pH и электрическрй проводимости. Обязательно, комплект буферных растворов!
8	Необходимый объем услуг (если требуется) в части: ☐ шеф-монтаж, пуско-наладка ☐ обучение, инструктаж и др.	Не требуются
9	Особые требования к потенциальным поставщикам в части ТМЦ (если имеются. К примеру, наличие авторизации от вендора, наличие дилерства опыт работы не менее ... лет; успешно реализованные проекты; рейтинг ... не ниже ... и др.)	Опыт работы в производстве кондуктометров, с положительными отзывами.
10	Требования по коммерческим условиям: ☐ цена с и/или без НДС ☐ условия оплаты ☐ условия поставки по Инкотермс (при импортных поставках) ☐ срок поставки	Цена без НДС/с НДС. Предпочтительные условия оплаты 100% по факту поставки и приемки, после оформления акта о вводе в эксплуатацию. Условия поставки DAP Ташкент, склад покупателя.

11	Требование по гарантийным срокам и гарантийным испытаниям (если предусмотрено)	Сроки поставки по согласованию сторон.
12	Критические критерии для формирования Технического заключения	
12.1	Критерий 1	Качество
12.2	Критерий 2	Надежность
12.3	Критерий...	Цена

